

Λίστα ελέγχου για την εγκατάσταση της οδοντιατρικής έδρας και των μονάδων A-dec 200

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους οδηγούς εγκατάστασης για την οδοντιατρική έδρα και τις προαιρετικές μονάδες.

	Μοντέλο	A/A	Μοντέλο	A/A
Έδρα:	200		Προβολέας:	
Παροχή:			Εξοπλισμός βοηθού:	200
Κέντρο υποστήριξης:	200		Άλλο:	

Οδοντιατρική έδρα

- Η οδοντιατρική έδρα είναι καλά στερεωμένη στο δάπεδο
- Η έδρα λειτουργεί σωστά, συμπεριλαμβανομένων της ανύψωσης και της ανάκλισής της, καθώς και οι προγραμματιζόμενες λειτουργίες που ελέγχονται από τα πληκτρολόγια αφής και τον ποδοδιακόπτη
- Το στήριγμα κεφαλής λειτουργεί σωστά
- Τα μπράτσα λειτουργούν σωστά
- Η ανασταλτική πλάκα λειτουργεί σωστά

Σύστημα παροχής

- Τα εργαλεία χειρός λειτουργούν σωστά και έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιατρού:
 - Νερό ψύξης, ψυκτικό και σπρέι
 - Έκπλυση σωλήνωσης εργαλείων χειρός
 - Βαλβίδες και διακόπτες βάσεων εργαλείων χειρός
 - Πίεση αέρα οδήγησης εργαλείων χειρός
- Ο βραχίονας flexarm εξισορροπείται σωστά
- Η τάση θέσης του βραχίονα flexarm έχει ρυθμιστεί σωστά
- Οι πείροι αναστολής περιστροφής του βραχίονα flexarm έχουν τοποθετηθεί
- Η κεφαλή ελέγχου βρίσκεται σε ευθύγραμμη θέση, βάσει μέτρησης στο επάνω μέρος της κεφαλής ελέγχου
- Οι αρθρωτοί βραχίονες δεν μετατοπίζονται
- Ο ποδοδιακόπτης λειτουργεί σωστά

Οδοντιατρικός προβολέας

- Όλες οι ρυθμίσεις και τα χειριστήρια του προβολέα λειτουργούν σωστά
- Η τάση του βραχίονα flexarm και της κεφαλής είναι ρυθμισμένη σωστά
- Ο πείρος αναστολής περιστροφής του βραχίονα flexarm έχει τοποθετηθεί

Εξοπλισμός βοηθού, πτυελοδοχείο και πλήρωση ποτηριού

- Η αναρρόφηση έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
 - Υγρή αναρρόφηση - 34 ± 7 kPa (10 ± 2 ίντσες Hg), 255 sl/min (9 SCFM) κατ' ελάχιστο
 - Ξηρή/ημίξηρη αναρρόφηση - $16 \pm 3,5$ kPa ($4,5 \pm 1$ ίντσα Hg), 340 sl/min (12 SCFM) κατ' ελάχιστο
- Τα κουμπιά της σύριγγας αέρα και νερού λειτουργούν σωστά
- Οι βαλβίδες στη διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) και τη σιελαντλία κινούνται ελεύθερα
- Ο χρόνος πλήρωσης ποτηριού έχει ρυθμιστεί σωστά
- Η ροή του πτυελοδοχείου εκπλύνει αποτελεσματικά τη λεκάνη, η λεκάνη αποστραγγίζεται σωστά

Παροχές αέρα/νερού

- Η ρυθμιζόμενη πίεση αέρα είναι 552 kPa (80 psi)
- Το κουτί διαπέδου δεν εμφανίζει διαρροή αέρα και νερού
- Η αποστράγγιση μέσω βαρύτητας λειτουργεί σωστά
- Η σωλήνωση και οι συνδέσεις δεν είναι λυγισμένες και δεν εμφανίζουν διαρροές αέρα και νερού
- Η σωλήνωση και τα καλώδια που περισσεύουν είναι τυλιγμένα και φυλάσσονται σε απόσταση από τα κινητά μέρη

Ιατρός/Κλινική:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία
εγκατάστασης:

Μεταπωλητής/Υποκατάστημα:

Υπεύθυνος εγκατάστασης:

Οδοντιατρείο:

Σημειώσεις:

Ελέγχθηκε με τον ιατρό/πελάτη:

Υπογραφή

Ημερομηνία

Ο ιατρός/πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για έλεγχο της λίστας ελέγχου

Κεντρικά γραφεία της A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 Η.Π.Α.

Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά

Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά

Φαξ: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

H A-dec Inc. δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των άρρητων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.